



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**KR.C.39.541.A № 68199**

Срок действия до **04 декабря 2022 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго В-01**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Sentech Korea Corp., Корея**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **69558-17**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

**МП-242-2149-2017**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **6 месяцев**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **04 декабря 2017 г. № 2695**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С.Голубев

12..... 2017 г.

Серия СИ

№ 039751